

Projekt współfinansowany ze środków UE: nr projektu RPDS.06.02.00-02-0060/16 pn „Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. Białowieskiej 74 oraz zakup sprzętu diagnostycznego dla Poradni Specjalistycznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

**Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED”  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Białowieska 74a  
54-235 Wrocław**

tel. +48 71 350 17 80  
fax: +48 71 350 17 81  
e-mail: sekretariat@neuropsychiatria.com  
www.neuropsychiatria.com

Wrocław, 27.07.2018r.

### INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO NR 7

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę pn.: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego i IT w ramach projektu nr RPDS.06.02.00-02-0060/16” (Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 593395-N-2018 z dnia 2018-07-23)

**Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Białowieska 74a, 54-235 Wrocław**, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 – dalej ustawa Pzp), przekazuje treść zapytań, które napłynęły na przedmiotowe postępowanie wraz wyjaśnieniami:

#### Dot. zadania nr 2 Zakup i dostawa Aparat USG

1. Dotyczy Załącznik nr 7b do SIWZ, Zadanie nr 2, Pkt 17. Czy Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania dopuści aparat USG posiadający pełną archiwizację na dysku HDD wbudowanym w aparat o pojemności 500 GB, wbudowaną w aparat nagrywarke DVD-R, formaty zapisu DICOM, AVI, BMP ?

#### Odpowiedź:

**TAK, Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania dopuści aparat USG posiadający pełną archiwizację na dysku HDD wbudowanym w aparat o pojemności 500 GB, wbudowaną w aparat nagrywarke DVD-R, formaty zapisu DICOM, AVI, BMP**

2. Dotyczy Załącznik nr 7b do SIWZ, Zadanie nr 2, Pkt 33. Czy Zamawiający może wyjaśnić czy w przedmiotowym punkcie nie zaszła omyłka pisarska. W tej chwili jest wymóg następującej treści:

„Głowica sektorowa elektroniczna, kardiologiczna, wieloelementowa, wieloczęstotliwościowa, min. 5 optymalizacji częstotliwości fundamentalnych; zakres częstotliwości pracy co najmniej od 2.0 do 4.0 MHz; obrazowanie harmoniczne, min. 5 optymalizacji częstotliwości harmonicznych; kąt patrzenia głowicy min. 90 stopni; ilość elementów akustycznych min. 120 szerokość penetracji max 40 mm; ilość elementów akustycznych min.250”

Chodzi o fragment zaznaczony żółtym kolorem. Fragment zapisu wygląda jak końcowa część punktu 31 SIWZ i wygląda na omyłkę pisarską. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę.

#### Odpowiedź:

**TAK, zadanie nr 2 pkt 33 zawiera omyłkę pisarską.**

#### Prawidłowe brzmienie pkt 32 dla zadania nr 2:

„Głowica sektorowa elektroniczna, kardiologiczna, wieloelementowa, wieloczęstotliwościowa, min. 5 optymalizacji częstotliwości fundamentalnych; zakres częstotliwości pracy co najmniej od 2.0 do 4.0 MHz; obrazowanie harmoniczne, min. 5 optymalizacji częstotliwości harmonicznych; kąt patrzenia głowicy min. 90 stopni; ilość elementów akustycznych min. 120”

**W związku z powyższym w dniu dzisiejszym na stronie internetowej zostanie zamieszczony aktualny Formularz ofertowy zawierający poprawiony załącznik 7b**

Wszystkie zmiany oraz odpowiedzi na pytania są wiążące i stanowią integralną część SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej Roman Kalinowski