

Projekt współfinansowany ze środków UE: nr projektu RPDS.06.02.00-02-0060/16 pn „Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. Białawieskiej 74 oraz zakup sprzętu diagnostycznego dla Poradni Specjalistycznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

**Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED”
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Białawieska 74a
54-235 Wrocław**

tel. +48 71 350 17 80
fax: +48 71 350 17 81
e-mail: sekretariat@neuropsychiatria.com
www.neuropsychiatria.com

Wrocław, 27.07.2018r.

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO NR 8

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę pn.: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego i IT w ramach projektu nr RPDS.06.02.00-02-0060/16” (Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 593395-N-2018 z dnia 2018-07-23)

Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Białawieska 74a, 54-235 Wrocław, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 – dalej ustawa Pzp), przekazuje treść zapytań, które napłynęły na przedmiotowe postępowanie wraz wyjaśnieniami:

ZP/3/2018 Zadanie nr 5

Pytanie nr 1, dot. wagi niemowlęcej, parametr 2.5: czy Zamawiający dopuści podziałkę 10 g < 10 kg > 20 g?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuści podziałkę 10 g < 10 kg > 20 g

Pytanie nr 2, dot. wagi ze wzrostomierzem:

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowana waga miała zintegrowaną z podstawą, bezpieczną platformę antypoślizgową?

Zintegrowana platforma z podstawą wagi daje 100% bezpieczeństwa oraz dodatkowo jest lepiej zabezpieczona przed zniszczeniem elektroniki,

w przypadku, gdy pacjent stanie na róg platformy – waga i pacjent nie wywróć się.

Platforma luźno położona na podstawie i nieprzymocowana niesie za sobą ryzyko kontuzji pacjenta, zwłaszcza w razie ważenia opiekuna i dziecka jednocześnie, co może prowadzić do wystąpienia incydentu medycznego, a co za tym idzie do roszczeń ze strony pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, aby waga miała zintegrowaną z podstawą, bezpieczną platformę antypoślizgową, ale dopuści takie rozwiązanie.

Pytanie nr 3, dot. wagi ze wzrostomierzem:

czy Zamawiający wymaga, aby waga posiadała cztery czujniki pomiarowe? Cztery czujniki pomiarowe gwarantują prawidłowe ważenie na środku wagi lub na jej krawędzi oraz zapewniają większą dokładność pomiarów. Pozwala to zaoszczędzić czas na dokładne ustawianie pacjenta lub przygotowywanie wagi do ważenia. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku ważenia dziecka wraz z opiekunem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, aby waga posiadała cztery czujniki pomiarowe, ale dopuści takie rozwiązanie.

Wszystkie zmiany oraz odpowiedzi na pytania są wiążące i stanowią integralną część SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Roman Kalinowski