



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt współfinansowany ze środków UE: nr projektu RPDS.06.02.00-02-0060/16 pn „Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. Białowieskiej 74 oraz zakup sprzętu diagnostycznego dla Poradni Specjalistycznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

**Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED”
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
ul. Białowieska 74a
54-235 Wrocław**

tel. +48 71 350 17 80
fax: +48 71 350 17 81
e-mail: sekretariat@neuropsychiatria.com
www.neuropsychiatria.com

Wrocław, 24.07.2018r.

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO NR 1

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę pn.:

„Zakup i dostawa sprzętu medycznego i IT w ramach projektu nr RPDS.06.02.00-02-0060/16”

(Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 593395-N-2018 z dnia 2018-07-23)

Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Białowieska 74a, 54-235 Wrocław, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 – dalej ustawa Pzp), przekazuje treść zapytań, które napłynęły na przedmiotowe postępowanie wraz wyjaśnieniami:

ZAPYTANIE DO PRZETARGU SPRAWA ZP/3//2018

Zadanie nr 5 Zakup i dostawa Waga elektroniczna

1. WAGA LEKARSKA NIEMOWLĘCA – 1 sztuka

1. Czy Zamawiający w pkt. 1.12 uzna za spełnienie wymogu nośności wagi do 20 kg?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający uzna nośność wagi do 20 kg.

2. WAGA LEKARSKA ZE WZROSTOMIERZEM – 8 sztuk

1. Czy Zamawiający w pkt. 2.3 dopuści dwa zakresy dokładności odczytu 50/100g co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuści dwa zakresy dokładności odczytu 50/100g

2. Czy Zamawiający w pkt. 2.5 dopuści zakres pomiarowy do 200 kg zgodnie z wytycznymi w punkcie 2.14 o nośności wagi 150 – 200 kg?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuści zakres pomiarowy do 200 kg.

Wszystkie zmiany oraz odpowiedzi na pytania są wiążące i stanowią integralną część SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Roman Kalinowski